ANALIZA BIAŁEK

Zeskanuj by zweryfikować

100019453

# Laboratorium Analiz

**Klient:** Peptyd Pro
**Numer zamówienia:** 100019453
**Nazwa:** PEPTYDPRO RETATRUTIDE
**Liczba próbek:** 1 fiolka

**Numer partii:** ------
**Data otrzymania:** 2026-10-16
**Data rozpoczęcia:** 2026-10-22
**Data zakończenia:** 2026-10-26

## Identyfikacja próbki

| Substancja | Sposób pobrania próbki | Postać |
|---|---|---|
| Retatrutide | Próbka dostarczona przez klienta | Biały proszek w szklanej fiolce |

## Wyniki

| Substancja | Nazwa próbki | Zawartość | Czystość |
|---|---|---|---|
| Retatrutide | PEPTYDPRO RETATRUTIDE 10MG | 11,55mg | 99% |

## Komentarz do badania

Próbkę badaną naniesiono w ilości 3µl na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. W trakcie analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H2O i acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik poszukiwanej substancji. Jej zawartość, w porównaniu z chromatogramem wzorcowym, wynosi 11,55mg. Niepewność pomiaru wynosi +-0,05mg. Aktualny stan próbki przesłanej do badania przedstawiono na zdjęciu poniżej.

## Zdjęcie badanej próbki




**Hasło**

RL9CRMKY

**Analiza Bialek sp. z o.o.**
**KRS:** 0000966168
**NIP:** 8992922970
**REGON:** 521751875

**Siedziba i laboratorium:**
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA


**Badanie przeprowadził:**
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając

ANALIZA BIAŁEK

Zeskanuj by zweryfikować

100019453

# Chromatogram




# Metoda

| Czas | H2O + 0,1% TFA | ACN + 0,1% TFA |
|---|---|---|
| 0min | 95% | 5% |
| 2min | 95% | 5% |
| 12min | 5% | 95% |
| 15min | 5% | 95% |

**Hasło**

RL9CRMKY

**Analiza Bialek sp. z o.o.**
**KRS:** 0000966168
**NIP:** 8992922970
**REGON:** 521751875

**Siedziba i laboratorium:**
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

**Badanie przeprowadził:**
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając